

# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE RECTORÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 UMDNS/CUDIM: 12-088 / 12-088-006

1.2 Nombre genérico: Brazalete para identificación, adhesivo, adulto

1.3 Tipo de producto: Dispositivo médico

1.4 Especialidad: Uso General

1.5 Nivel de atención: I

	ı				IN/	A D. I			
A	В	С	II	111	IV	АРН	LAC-1	LAC-2	LAC-3
Χ	X	Х	X	Х		Х			

1.6 Clase de riesgo:

1.7 Presentación: Según consta en el Certificado de Registro Sanitario

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

2.1 Especificaciones técnicas: Polipropileno, cierre adhesivo, resistente a los líquidos, color blanco, 1" x 11",

impresión térmica, libre de látex, descartable

2.2 Aplicación y uso: Identificación de paciente

2.3 Almacenamiento: Según lo establecido por el fabricante

2.4 Tiempo de vida útil: Según consta en el Certificado del Registro Sanitario

3. ENVASE

**3.1 Envase primario:** De acuerdo con lo establecido en el Certificado de Registro Sanitario.

3.1.1 Características: Sellado herméticamente, tamaño acorde al contenido interno.

3.1.2 Rotulación: Debe contener información impresa en castellano o en inglés, con caracteres

nítidos, legibles e indelebles y demás información de conformidad con lo establecido en la Normativa vigente. Además debe incluir la leyenda "Gratuito.

Prohibida su venta".

3.1.3 Consideraciones especiales: Se exceptuará la impresión de la leyenda en el envase primario y se aceptará

solo en el envase secundario, previo justificativo técnico en los siguientes casos:

El envase primario sea pequeño.Cuente con un sello de seguridad.

3.2 Envase secundario: Según aplique de acuerdo con lo establecido en el Certificado de Registro

Sanitario.



3.2.1 Características: Material resistente que proteja al dispositivo médico de la manipulación al que

será sometido, el tamaño deberá ser acorde al contenido interno.

3.2.2 Rotulación: Debe contener información impresa en castellano o en inglés, con caracteres nítidos, legibles e indelebles y demás información de conformidad con lo

establecido en la Normativa vigente. Además debe incluir la leyenda "Gratuito.

Prohibida su venta".

3.3 Envase terciario:

3.3.1 Características: Caja de cartón u otro material resistente a la estiba, sellado con cinta de

embalaje, en buenas condiciones que garantice la integridad del contenido, el

transporte y almacenamiento.

3.3.2 Rotulación: Debe contener información impresa en castellano o en inglés, con caracteres

nítidos, legibles e indelebles: Nombre del dispositivo médico, contenido, número de lote, fecha de expiración, fabricante/proveedor, condiciones de

almacenamiento y país de origen.

# 4. REQUISITOS SANITARIOS Y PARA RECEPCIÓN TÉCNICA (Control post registro nivel I)

Todo dispositivo médico para su comercialización debe cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Normativa Técnica Sanitaria Sustitutiva para el Registro Sanitario y Control de Dispositivos Médicos de Uso Humano, y de los Establecimientos donde se Fabrican, Importan, Dispensan, Expenden y Comercializan:

- · Certificado de Registro Sanitario ecuatoriano, vigente.
- Certificado de Norma ISO 13485 o Norma específica del producto, o Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), vigentes, según aplique.

## PRESENTAR PARA RECEPCIÓN TÉCNICA

#### Adquisición nacional:

- Copia simple del Certificado de Registro Sanitario ecuatoriano, vigente.
- Copia simple del Certificado de Análisis de Control de Calidad o su equivalente, del lote/s del dispositivo médico entregado.
- Copia simple del Certificado de Norma ISO 13485 o Norma específica del producto, o Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), vigentes, según aplique.
- Copia simple de orden de compra/contrato de adquisición (según proceso de adquisición aplicado), a fin de verificar las especificaciones técnicas del objeto de contratación.
- Copia simple del Certificado de Esterilidad (aplica solo para dispositivos médicos estériles), del lote/s del dispositivo médico entregado.

### Adquisición internacional:

- Copia simple del Certificado de Registro Sanitario vigente del país de origen o su equivalente, según aplique.
- Copia simple del Certificado de Análisis de Control de Calidad o su equivalente, del lote/s del dispositivo médico entregado.
- Copia simple del Certificado de Norma ISO 13485 o Norma específica del producto, o Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), vigentes, según aplique.
- Copia simple del Certificado de Esterilidad (aplica solo para dispositivos médicos estériles), del lote/s del dispositivo médico entregado.
- Copia simple de la Lista de empaque (Packing list).



# 5. RESPONSABLES Y FECHA

Creación: XP 2018-07-30 Modificación: BA 2022-12-13

Dirección Nacional de Regulación de Medicamentos y Dispositivos Médicos